

Warszawa, 01.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzonymi badaniami dotyczącymi Surowicy Kontrolnej Patologicznej serii 201117 firmy Alpha Diagnostics zmianie ulega miano sodu:

148,0 (139,0-157,0) mmol/l

Pozostałe wartości Surowicy Kontrolnej Patologicznej pozostają bez zmian.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13 wew. 39 lub 40.

Dorota Grzesiak
Kierownik Kontroli Jakości